

Экспертное заключение по закупкам изделий медицинского назначения

для Многопрофильной областной больницы на 2019г.

25 февраля 2019 года.

г.Кокшетау

Экспертом: Айтымов Б.Т. – заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии произведена проверка представленных тендерных заявок для участия в тендере по закупкам изделий медицинского назначения на соответствие технической спецификации. Были рассмотрены технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

1.	ТОО «Dana – Estrella»	г. Алматы,
2.	ТОО «Antares medicus»	г. Алматы, ул.Джамбула, 205 оф. 3
3.	ТОО «Фирма «Санжар»	г.Алматы, ул.Айманова 206
4.	ТОО «Мед Со»	г.Алматы, ул.Маркова 22/37
5.	ТОО «Med Import Central Asia»	Алматинская обл, п.Отеген батыра, ул.Калинина 2
6.	ТОО «AB-Service Company»	г.Астана
7.	ТОО «Макаби Мед»	г.Астана
8.	ТОО «Жана Мед Тех»	г.Алматы, ул.Маркова 71
9.	ТОО «Medlive»	г.Кокшетау, ул.Горветка 2 ду1
10.	ТОО «SATCOR»	г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1 оф.85
11.	ТОО «Asia Med Engineering»	г.Алматы
12.	ТОО «Медкор»	г.Алматы, р-н. Наурызбайский, мкр. «Алатау», квартал Каргалы д.46
13.	ТОО «Motoshop»	г.Алматы, пр. Рыскулова 234
14.	ТОО «Денсау»	г.Астана, ул.Кенесары 70А оф.549
15.	ТОО «ABMG Expert»	г.Алматы, ул.Зенкова 59 оф.141В

По лоту №1 «Стент с лекарственным покрытием» были представлены тендерные заявки ТОО «SATCOR», ТОО «Денсау». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Стент с лекарственным покрытием «Ultimaster» производства Ashitaka Terumo Corporation (Япония)

Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной спецификации.

По лоту №2 «Стент с лекарственным покрытием» были представлены тендерные заявки ТОО «Medlive». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Стент с лекарственным покрытием Resolute Integrity производства Medtronic Inc. (США).

Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной спецификации.

По лоту №3 «Стент с лекарственным покрытием» были представлены тендерные заявки ТОО «Asia Med Engineering», ТОО «Мед Со». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Стент с лекарственным покрытием Orsiro производства Biotronik AG (Швейцария)

Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной спецификации.

По лоту №4 «Стент бифуркационный с лекарственным покрытием» были представлены тендерные заявки ТОО «Antares medicus», ТОО «Фирма «Санжар». Потенциальными

поставщиками были представлены: 1. Стент бифуркационный с лекарственным покрытием Bioss Lim производства Balton Sp.z.o.o (Польша)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №5 «Стент с лекарственным покрытием» были представлены тендерные заявки ТОО «Antares medicus», ТОО «Фирма «Санжар». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Стент с лекарственным покрытием ALEX (ZSTCCFS) производства Balton Sp.z.o.o (Польша)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №6 «Стент без лекарственного покрытия» были представлены тендерные заявки ТОО «Med Import Central Asia». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Стент без лекарственного покрытия Coroflex Blue Neo производства B.Braun Medikal (Германия)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №7 «Баллон коронарный» были представлены тендерные ТОО «SATCOR», ТОО «Денсау». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Баллон коронарный Accuforce производства Ashitaka Terumo Corporation (Япония)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №8 «Баллон коронарный» были представлены тендерные заявки ТОО «Dana – Estrella». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Баллон коронарный NC Euphora RX производства Medtronic Mexico S. De R.L. De C.V. (Мексика)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №9 «Баллон коронарный» были представлены тендерные заявки ТОО «Макаби мед», ТОО «ЖанаМед Тех». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Баллон коронарный NC Quantum Apex производства Boston Scientific Corporation (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №10 «Баллон коронарный бифуркационный» были представлены тендерные заявки ТОО «Antares medicus», ТОО «Фирма «Санжар». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Баллон коронарный «RX Bottle» производства Balton Sp.z.o.o (Польша)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №11 «Коронарный проводник» были представлены тендерные заявки ТОО «Медкор», ТОО «Motoshop». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Управляемый

проволочный проводник ASAHI PTCA Guide WIRE производства ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №12 «Шприц – манометр» были представлены тендерные заявки TOO «SATCOR», TOO «ABMG Expert», TOO «Денсау». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Шприц – манометр производства Merit Medical Systems Inc. (США) 2. Шприц – манометр производства B.L.Life Sciences Pvt. Ltd., (Индия)

1. Технические спецификации Шприц – манометр производства Merit Medical Systems Inc. (США) соответствуют требованиям тендерной спецификации.
2. Технические спецификации Шприц – манометр производства B.L.Life Sciences Pvt. Ltd.(Индия) не соответствует предложенной технической спецификации.

По лоту №13 «Проводниковый катетер» были представлены тендерные заявки TOO «SATCOR», TOO «Денсау». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Проводниковый катетер Climber производства PendraCare International B.V. (Нидерланды)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №14 «Проводниковый катетер» представлены тендерные заявки TOO «Dana – Estrella». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Проводниковый катетер Launcher производства Medtronic Inc (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №15 «Аспирационный катетер» были представлены тендерные заявки TOO «Dana – Estrella». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Аспирационный катетер Export Advance производства Medtronic Vascular (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №16 «Катетер трансрадиальный» были представлены тендерные заявки TOO «SATCOR», TOO «Денсау». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Катетер трансрадиальный производства Merit Macquilladora, S.DE R.L. DE C.V. (Мексика)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №17 «Белье операционное» были представлены тендерные заявки TOO «Medlive». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Белье операционное производства Мерусар и К. (Казахстан).

Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной спецификации.

По лоту №18 «Интрадюссер (фemorальный)» были представлены тендерные заявки TOO «Antares medicus», TOO «Фирма «Санжар», TOO «Денсау», TOO «SATCOR». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Интрадюссер фemorальный производства Balton Sp.z.o.o (Польша). 2. Интрадюссер фemorальный производства Terumo Vietnam Co., Ltd (Вьетнам)

1. Технические спецификации интрадюссера производства Balton Sp.z.o.o (Польша) соответствуют требованиям тендерной спецификации.
2. Технические спецификации интрадюссера производства Terumo Vietnam Co., Ltd (Вьетнам) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям тендерной спецификации.

По лоту №19 «Интрадюссер (радиальный)» были представлены тендерные заявки TOO «Денсау», TOO «SATCOR». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Интрадюссер (радиальный) производства Terumo Europe N.V. (Бельгия)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №20 «Диагностический проводник» были представлены тендерные заявки TOO «Денсау», TOO «SATCOR». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Диагностический проводник производства Merit Medical Ireland, Ltd. (Ирландия)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №21 «Постоянный ЭКС» были представлены тендерные заявки TOO «Dana – Estrella». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Электрокардиостимулятор Ensura DR MRI SureScan с принадлежностями производства Medtronic Singapore Pte. Ltd (Сингапур)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №22 «Постоянный ЭКС» были представлены тендерные заявки TOO «Asia Med Engineering», TOO «Мед Со». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Электрокардиостимулятор имплантируемый модификации Enticos 4 DR (двухкамерный с принадлежностями) производства Biotronik SE & Co.KG (Германия)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №23 «Электрод для временного ЭКС» не были представлены тендерные заявки.

По лоту №24 «Устройство для гемостаза» были представлены тендерные заявки TOO «Денсау», TOO «SATCOR». Потенциальными поставщиками были представлены: 1. Устройство для гемостаза производства Merit Macquiladora, S.DE R.L. DE C.V. (Мексика)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №25 «Периферический стент» была представлена тендерная заявка ТОО «AB-Service Company». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Стент самораскрывающийся Protégé в различных вариантах исполнения производства EV3, INC (США)

Техническая спецификация соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №26 «Почечный стент» была представлена тендерная заявка ТОО «AB-Service Company».

Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Стент Hippocampus производства Invatec S.p.A (Италия)

Техническая спецификация соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №27 «Гидрофильные проводники» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Периферический проводник производства Terumo Europa N.V. (Бельгия)

Техническая спецификация соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №28 «Периферический баллон» была представлена тендерная заявка ТОО «AB-Service Company». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Баллон Pacific Plus OTW, производства Medtronic Mexico S. De R.L. De C.V., (Мексика)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №29 «Катетеры для эмболизации» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Катетер для эмболизации производства Merit Medical Systems, Inc (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №30 «Микросферы для эмболизации» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Микросферы для эмболизации производства Biosphere Medical S.A. (Франция)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №31 «Гепосферы» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Гепосферы производства Biosphere Medical S.A. (Франция)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №32 «Микрокатетер» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Микрокатетер производства Merit Medical Systems Inc. (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №33 «Микрокатетер» была представлена тендерная заявка ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Микрокатетер производства Merit Medical Systems Inc. (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №34 «Трехходовые краники» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Трехходовые краники производства Merit Medical Systems Inc. (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.


По лоту №35 «Запорный кран Stop Cockoneway» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Трехходовые краники производства Merit Medical Systems Inc. (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

По лоту №36 «Шприц» была представлена тендерная заявка ТОО «Денсау», ТОО «SATCOR». Потенциальным поставщиком был представлен: 1. Шприц производства Merit Medical Systems Inc. (США)

Технические спецификации соответствуют требованиям тендерной спецификации.

Зав.отделением:



Айтымов Б.Т.